

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Solução Tampão Fosfato PH 7,0**

**Código: 4228.0090**

**Lote: 70STF 94601**

**Frasco SCH de 100ml  
com 90 ml.**

**Fabricação: 18 / 04 / 2019**

**Vencimento: 18 / 10 / 2019**

**Laudo: 190403**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Controle Negativo</b>			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,00 ± 0,20	7,07	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	15 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 22 / 04 / 2019**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br