

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Solução Tampão Fosfato pH 7,2.

Código: 4188.0250

Lote: 72TP 82108

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 100 ml.**

Fabricação: 03 / 07 / 2018

Vencimento: 03 / 10 / 2018

Laudo: 180764

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Incolor.	Conforme
Transparência	Translúcido.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Controle Negativo		
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$7,20 \pm 0,20$	7,10

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 07 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br