

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/18/2018 19:24:29 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1472156

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2226140
Nº SO: 1982201
NF Cliente/Cust. 29577 1

40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/15/2018 13:44:42 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80908	BTSB80908
103	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80909	BTSB80909
104	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80910	BTSB80910
105	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80911	BTSB80911

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40.00 kGy	320.00 kGy	44.34	Pass	JINACIO	06/16/2018 11:39:20 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA
Por:

Data/Date: 06/18/2018 11:39:49 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço