

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/19/2018 11:53:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1221827**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2186995**
Nº SO: **1935276**
NF Cliente/Cust. **28919 1**

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/17/2018 14:56:51 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86603	BTSB86603
103	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86604	BTSB86604
104	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86605	BTSB86605

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy	40.00 kGy	37.01	Pass	JINACIO	04/18/2018 12:34:23 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	20.00 kGy	40.00 kGy	24.42	Pass	JINACIO	04/18/2018 12:34:37 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 20KGy - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**
Por:

Data/Date: **04/18/2018 13:47:21 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**