

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/04/2018 18:05:46 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1632951**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2276184**  
Nº SO: **2042390**  
NF Cliente/Cust. **30577 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **08/31/2018 18:47:47 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86607	BTSB86607
103000	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86608	BTSB86608
104000	.8000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB86609	BTSB86609

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy	40,00 kGy	26,71	Pass	JINACIO	09/01/2018 11:43:27 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15,00 kGy	40,00 kGy	15,51	Pass	JINACIO	09/01/2018 11:44:29 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15 A 40 KGY URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: **09/01/2018 11:45:41 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**