



**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/12/2018 17:02:48 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 801885

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 2123962  
Nº SO: 1862202  
NF Cliente/Cust. 27754 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/11/2018 13:42:00 GMT  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: CELL A  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	116.0000	PT	4177.0010	PLACA AGAR CB 90X15 (PT C/10) - Lote:CB80101	CB80101

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5,00 kGy	40,00 kGy	6,39	Pass	JINACIO	01/12/2018 12:10:41 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 01/12/2018 12:42:09 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço