

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar CB.

Código: 4177.0010

Lote: CB 80104

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 26 / 02 / 2018

Vencimento: 26 / 04 / 2018

Laudo: 180210

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar a âmbar escuro.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,00 ± 0,10	6,99

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	32 UFC	37 UFC	86 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	37 UFC	41 UFC	90 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 05 / 03 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br