

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Caldo MacConkey.**

**Código: 4121.0010**

**Lote: CMCK 81207**

**Frasco com selo de alumínio de 20ml com 10ml.**

**Fabricação: 18 / 12 / 2018**

**Vencimento: 18 / 03 / 2019**

**Laudo: 181402**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Púrpura avermelhado.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Translúcido.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,30 ± 0,20	<b>7,28</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	<b>41 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	<b>≥ 100 UFC</b>	<b>Inibido</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 21 / 12 / 2018**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br