

Certificado de Análise



Produto: Agar MacConkey.

Código: 4014.0010

Lote: MCCK 80112

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 07 / 12 / 2018

Vencimento: 07 / 03 / 2019

Laudo: 181371

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,10 ± 0,20	7,20

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Colônias vermelhas com precipitado biliar	≥ 50%	22 UFC	24 UFC	90 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 12 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br