



**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

02/12/2018 11:51:16 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **924285**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2144718**  
Nº SO: **1883590**  
NF Cliente/Cust. **28058 1**

**20 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **02/09/2018 14:24:25 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                   | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                           | Customer Lot Number |
| 102          | 330.0000 | PT  | 4130.0010            | PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15<br>- Lote:MCTAB80102 | MCTAB80102          |
| 103          | 110.0000 | PT  | 4130.0010            | PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15<br>- Lote:MCTAB80103 | MCTAB80103          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                  | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                       | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                   | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | -----Signed By-----<br>User   | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 20.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 36.92     | Pass         | JINACIO<br>JOICE SILVA INACIO | 02/10/2018 11:55:13 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 20.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 24.38     | Pass         | JINACIO<br>JOICE SILVA INACIO | 02/10/2018 11:55:33 GMT |

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**  
Por:

Data/Date: 02/12/2018 11:29:50 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**