

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/05/2018 18:55:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1634255

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2277354
Nº SO: 2043730
NF Cliente/Cust. 30616 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 09/04/2018 15:51:39 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	282.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB80116	MCTAB80116

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	29.31	Pass	JINACIO	09/05/2018 11:39:08 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	17.25	Pass	JINACIO	09/05/2018 11:39:21 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. SHEILA DOS SANTOS SILVA
Por:

Data/Date: 09/05/2018 18:40:11 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço