

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/19/2018 21:01:00 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.:** 1084563

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2166927  
**Nº SO:** 1910762  
**NF Cliente/Cust.:** 28477 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 03/15/2018 15:02:00 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	458.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP80206	MCTAP80206
103000	458.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP80207	MCTAP80207
104000	120.0000	PT	4004.0110	PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR80202	TSAR80202

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20,00 kGy	40,00 kGy	34,60	Pass	JINACIO	03/16/2018 13:11:42 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	20,00 kGy	40,00 kGy	22,24	Pass	JINACIO	03/16/2018 13:11:55 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 03/16/2018 14:02:20 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço