



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/08/2018 15:08:30 GMT

Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA

Planta de Processo: Cotia

Nº WO: 2120368

Customer Name:

Processing Facility:

Nº SO: 1858539

Nº P.O. 782188

NF Cliente/Cust. 27693 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:

01/05/2018 14:36:26 GMT

Irradiation Date/Time:

Irradiação - Célula:

CELL A

Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80201	MTAR80201

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	26.17	Pass	PRAPOPORT PAULA ANGELOSI RAPOPORT	01/08/2018 12:46:12 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	39.94	Pass	PRAPOPORT PAULA ANGELOSI RAPOPORT	01/08/2018 12:49:45 GMT

DOSAGEM 20KGy - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. PAULA ANGELOSI RAPOPORT

Data/Date: 01/08/2018 12:53:38 GMT

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço