

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/20/2018 15:35:51 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1614706

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2247745  
**Nº SO:** 2007812  
**NF Cliente/Cust.** 29972 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 07/18/2018 11:47:04 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802113	MTAR802113
103	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802114	MTAR802114

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.53	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	07/19/2018 12:48:56 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.18	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	07/19/2018 12:49:12 GMT

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 07/19/2018 12:52:01 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço