

Certificado de Processo
Certificate of Processing
UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
 45.789.724/0002-85
 Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
 TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/06/2018 15:21:00 GMT

Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA** Planta de Processo: **Cotia** Nº WO: **2258489**
 Customer Name: Processing Facility: Nº SO: **2020836**
 Nº P.O. **1619322** Data/Hora - Irradiação: **08/03/2018 12:27:00 GMT**
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C	MTAR802124
103	515.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C	MTAR802125
104	63.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X	TSARIB0207

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	27.98	Pass	JINACIO	08/03/2018 18:00:52 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	15.32	Pass	JINACIO	08/03/2018 18:01:08 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL Nota fiscal emitida sem destaque do ICMS.

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**
 Por:

Data/Date: 08/03/2018 19:04:59 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço