

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/16/2018 12:51:44 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1688043**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2324933**
Nº SO: **2100126**
NF Cliente/Cust. **31387 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **11/14/2018 14:32:43 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102 | 600.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR802192 | MTAR802192 |
| 103 | 600.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR802193 | MTAR802193 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | -----Signed By----- User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 28.03 | Pass | JINACIO JOICE SILVA INACIO | 11/16/2018 11:21:27 GMT |
| 450.00 | Dose Minima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 16.03 | Pass | JINACIO JOICE SILVA INACIO | 11/16/2018 11:21:40 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **SIMONE SOARES DA SILVA**
Por:

Data/Date: 11/16/2018 11:38:14 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**