

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/07/2018 13:15:56 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.:** 1705616

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2338175  
**Nº SO:** 2115858  
**NF Cliente/Cust.:** 31612 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 12/05/2018 12:06:58 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                    | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                            | Customer Lot Number |
| 102          | 600.0000 | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR802208 | MTAR802208          |
| 103          | 600.0000 | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR802209 | MTAR802209          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                  | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                  | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                   | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | -----Signed By-----<br>User              | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 30.05     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 12/06/2018 11:15:29 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 17.61     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 12/06/2018 11:15:44 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. SIMONE SOARES DA SILVA  
Por:

Data/Date: 12/06/2018 12:58:52 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço