

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/13/2018 20:11:43 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1205001**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2184107**
Nº SO: **1931967**
NF Cliente/Cust. **28840 1**

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/12/2018 15:02:07 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80256	MTAR80256
103	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80257	MTAR80257

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.18	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	04/13/2018 10:30:03 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.82	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	04/13/2018 10:30:19 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**
Por:

Data/Date: 04/13/2018 12:02:23 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**