

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/18/2018 19:21:09 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1472155**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2226131**
Nº SO: **1982191**
NF Cliente/Cust. **29576 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **06/15/2018 13:32:32 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	515.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80284	MTAR80284
103	84.0000	PT	4004.0100	TSA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:TSA80403	TSA80403
104	600.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP80214	MCTAP80214
106	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT80172	TSAT80172

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	35.70	Pass	JINACIO	06/16/2018 12:37:29 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	19.48	Pass	JINACIO	06/16/2018 12:37:47 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**
Por:

Data/Date: 06/18/2018 11:32:30 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**