

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/06/2018 16:21:06 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1561443**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2238597**
Nº SO: **1997379**
NF Cliente/Cust. **29814 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/04/2018 12:27:05 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101000	128.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC80107	TSAC80107
103000	128.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD80108	YPD80108
104000	36.0000	PT	4018.0010	PLACA NUTRIENTE 90X15 (PTC/10) - Lote:NA80105	NA80105
105000	60.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10) - Lote:R2AO80107	R2AO80107

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5,00 kGy	40,00 kGy	13,13	Pass	JINACIO	07/04/2018 19:24:25 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	5,00 kGy	40,00 kGy	7,46	Pass	JINACIO	07/04/2018 19:24:48 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**
Por:

Data/Date: 07/04/2018 20:38:33 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**