

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Salina Peptonada com Tampão Fosfato.

Código: 4186.0502

Lote: PBPS 84602

**Frasco SCH de 500ml
com 400 ml.**

Fabricação: 08 / 05 / 2018

Vencimento: 08 / 08 / 2018

Laudo: 180539

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,00 ± 0,20	7,03	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	34 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	16 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 11 / 05 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br