

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Salina Peptonada com Tampão Fosfato, 3% Tween 80 e 0,3% Lecitina de Soja.**

**Código: 4127.0502**

**Lote: PBTL 84604**

**Frasco SCH de 500ml com 400 ml.**

**Fabricação: 04 / 10 / 2018**

**Vencimento: 04 / 01 / 2019**

**Laudo: 181091**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Controle Negativo</b>			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	$7,00 \pm 0,20$	<b>6,97</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	$\leq 100$ UFC	<b>25 UFC</b>	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	$\leq 100$ UFC	<b>20 UFC</b>	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 08 / 10 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br