

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar Padrão para Contagem**

**Código: 4012.0100**

**Lote: PCA 80401**

**Placas cassete com 15 ml.**

**Fabricação: 08 / 01 / 2018**

**Vencimento: 08 / 05 / 2018**

**Laudos: 180040**

| ENSAIO                 | REQUISITO                 | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Aspecto</b>         |                           |           |
| Cor                    | Âmbar.                    | Conforme  |
| Transparência          | Ligeiramente opalescente. | Conforme  |
| Textura                | Gelatinoso.               | Conforme  |
| Homogeneidade          | Homogêneo.                | Conforme  |
| <b>Esterilidade</b>    |                           |           |
| 3 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento.  | Conforme  |
| pH                     | 7,00 ± 0,20               | 7,06      |

| Viabilidade                             | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
|---|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633      | ≥ 70%         | 19 UFC        | 18 UFC           | 103 %       |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | ≥ 70%         | 22 UFC        | 20 UFC           | 110 %       |

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 15 / 01 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br