



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/04/2018 12:32:35 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 771627

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2118892
Nº SO: 1856944
NF Cliente/Cust. 27669 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/03/2018 13:06:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	10.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA80102	SDA80102
103	10.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA80103	SDA80103
104	20.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A80101	R2A80101
105	10.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A80102	R2A80102
106	10.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A80103	R2A80103

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	8.71	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	01/03/2018 18:47:21 GMT

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 01/03/2018 18:48:12 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço