

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/08/2018 16:05:43 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1030240**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2160747**
Nº SO: **1903636**
NF Cliente/Cust. **28351 1**

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **03/06/2018 14:02:00 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	167.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD80103	YPD80103
103	167.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC80103	TSAC80103
104	52.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10) - Lote:R2AO80103	R2AO80103

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.87	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	03/07/2018 12:30:52 GMT

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**
Por:

Data/Date: 03/07/2018 13:51:23 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**