

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/27/2018 14:15:10 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1646470**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2291591**  
Nº SO: **2060370**  
NF Cliente/Cust. **30845 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **09/25/2018 13:04:32 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qty      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                        | Customer Lot Number |
| 102          | 350.0000 | PT  | 4009.0010            | PLACA SDA 90X15 (PTC/10) -<br>Lote:SDA80115      | SDA80115            |
| 103          | 61.0000  | PT  | 4018.0010            | PLACA NUTRIENTE 90X15 (PTC/10) -<br>Lote:NA80107 | NA80107             |
| 105          | 533.0000 | UN  | 4145.0025            | FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML -<br>Lote:CLET84810   | CLET84810           |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                 | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                  | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                  | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User                                     | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Mínima                    | 5.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 7.63      | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 09/25/2018 19:46:10 GMT |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 5.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 12.81     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 09/25/2018 19:46:33 GMT |

DOSAGEM 05 A 40 KGY URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 09/26/2018 11:08:22 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**