

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/03/2019 14:48:20 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1720469

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2349187
Nº SO: 2129044
NF Cliente/Cust. 31765 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/21/2018 14:05:45 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qty | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102000 | 195.0000 | PT | 4156.0010 | PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC80114 | TSAC80114 |
| 103000 | 400.0000 | PT | 4009.0010 | PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA80119 | SDA80119 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | -----Signed By----- User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Mínima | 5,00 kGy Reason Code Teste | 40,00 kGy | 7,82 | Pass | EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES | 12/22/2018 11:00:52 GMT |
| 450.00 | Dose Máxima | 5,00 kGy Reason Code Teste | 40,00 kGy | 14,10 | Pass | EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES | 12/22/2018 11:01:40 GMT |

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JESSICA DIAS MURTA
Por:

Data/Date: 12/22/2018 11:21:01 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço