

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/14/2018 14:44:12 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1446713

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2222718  
**Nº SO:** 1977902  
**NF Cliente/Cust.** 29471 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 06/11/2018 16:45:51 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	50.0000	PT	4217.0010	PLACA 90X15 DE TGE (PT C/10) - Lote:TGE80105	TGE80105

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy	40.00 kGy	12.93	Pass	JINACIO	06/12/2018 13:52:39 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	5.00 kGy	40.00 kGy	9.32	Pass	JINACIO	06/12/2018 13:52:51 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 06/12/2018 16:31:41 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço