

# Certificado de Análise



**Produto: Fluido Tioglicolato.**

**Código: 4073.0100**

**Lote: THIO 81509**

**Frasco com selo de alumínio de 100ml com 100 ml.**

**Fabricação: 10 / 05 / 18**

**Vencimento: 10 / 08 / 18**

**Laudo: 180546**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	$7,10 \pm 0,20$	<b>6,97</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\leq 100$ UFC	<b>34 UFC</b>	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\leq 100$ UFC	<b>36 UFC</b>	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\leq 100$ UFC	<b>20 UFC</b>	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	$\leq 100$ UFC	<b>14 UFC</b>	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\leq 100$ UFC	<b>32 UFC</b>	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\leq 100$ UFC	<b>16 UFC</b>	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 24 / 05 / 2018**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br