



## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

02/12/2018 17:54:43 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **926880**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2145159**  
 Nº SO: **1883950**  
 NF Cliente/Cust. **28060 1**

**20 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **02/09/2018 20:44:44 GMT**  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: **CELL A**  
 Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                            | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                    | Customer Lot Number |
| 102          | 420.0000 | PT  | 4004.0010            | PLACA TSA 90X15 (PT C/10) -<br>Lote:TSA80103 | TSA80103            |

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima     | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario            | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec      | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User               | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 20.00 kGy         | 40.00 kGy     | 34.59     | Pass         | JINACIO            | 02/10/2018 12:10:56 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |
| 450.00 | Dose Minima                    | 20.00 kGy         | 40.00 kGy     | 22.36     | Pass         | JINACIO            | 02/10/2018 12:11:10 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**  
 Por:

Data/Date: **02/12/2018 11:18:41 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**