

Certificado de Análise



Produto: Agar Triptona Soja.

Código: 4004.0110

Lote: TSAR 80201

Placas rodac com 17,5 ml.

Fabricação: 06 / 03 / 2018

Vencimento: 06 / 07 / 2018

Laudo: 180247

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,30 ± 0,20	7,22

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	19 UFC	18 UFC	109 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	21 UFC	21 UFC	102 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	18 UFC	21 UFC	85 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	19 UFC	17 UFC	112 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	18 UFC	19 UFC	90 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	14 UFC	13 UFC	108 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 14 / 03 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br