

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/19/2018 19:51:20 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1226163

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2188001
Nº SO: 1936345
NF Cliente/Cust. 28929 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 04/18/2018 16:34:15 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102 | 600.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80262 | MTAR80262 |
| 103 | 229.0000 | PT | 4004.0110 | PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR80204 | TSAR80204 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | -----Signed By----- User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Mínima | 20.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 22.71 | Pass | TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA | 04/19/2018 12:24:50 GMT |
| 450.00 | Dose Máxima | 20.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 35.09 | Pass | JINACIO JOICE SILVA INACIO | 04/19/2018 13:50:27 GMT |

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 04/19/2018 13:51:57 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço