



# Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/31/2018 20:24:28 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 873156

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 2137227  
Nº SO: 1875381  
NF Cliente/Cust. 27928 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/30/2018 11:28:00 GMT  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: CELL A  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	75.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI80201	TSARI80201
103	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80211	MTAR80211

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	37.55	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	01/31/2018 12:12:04 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.00	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	01/31/2018 12:12:20 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES  
Por:

Data/Date: 01/31/2018 18:38:27 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço