



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/11/2018 13:48:43 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 792228

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2122260
Nº SO: 1860403
NF Cliente/Cust. 27736 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/09/2018 15:00:03 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102 | 423.0000 | PT | 4008.0010 | TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM80201 | TSARM80201 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 20.00 kGy | 40.00 kGy | 33.85 | Pass | JINACIO | 01/10/2018 11:03:38 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |
| 450.00 | Dose Minima | 20.00 kGy | 40.00 kGy | 22.79 | Pass | JINACIO | 01/10/2018 11:03:54 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 01/10/2018 11:04:56 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço