



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX www.sterigenics.com

R58480102

05/29/2017 18:42:37 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 39564

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 1966786
Nº SO: 1701989
NF Cliente/Cust. 25231 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:

05/25/2017 16:03:50 GMT

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70147	TSAT70147
	420.0000	PT	Total		

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.10	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	05/26/2017 19:40:13 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.78	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	05/26/2017 19:41:49 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA
Por:

Data/Date: 05/27/2017 10:27:03 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço