



# Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX www.sterigenics.com

R58480102

06/01/2017 14:09:49 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 58033

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 1970505  
Nº SO: 1705337  
NF Cliente/Cust. 25290 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:  
Irradiation Date/Time:

05/31/2017 17:16:07 GMT

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	580.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR70267	MTAR70267
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70149	TSAT70149
105	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70150	TSAT70150
106	75.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI70204	TSARI70204
	<b>1495.0000</b>	<b>PT</b>	<b>Total</b>		

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	25.68	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/01/2017 11:33:03 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	37.75	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/01/2017 11:34:13 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA  
Por:

Data/Date: 06/01/2017 12:15:51 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço