



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX www.sterigenics.com

R58480102

06/02/2017 18:54:15 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **63988**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **1971785**
 Nº SO: **1706567**
 NF Cliente/Cust. **25310 1**

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:

06/01/2017 19:00:00 GMT

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT70153	TSAT70153
104	580.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR70268	MTAR70268
	1000.0000	PT	Total		

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	25.56	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/02/2017 12:40:11 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	38.71	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/02/2017 12:40:58 GMT

DOSAGEM 20KGy - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA**
 Por:

Data/Date: 06/02/2017 14:03:33 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**