



# Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX www.sterigenics.com

R58480102

06/07/2017 18:29:45 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 78998

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 1974442  
Nº SO: 1708650  
NF Cliente/Cust. 25357 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:  
Irradiation Date/Time:

06/06/2017 14:40:15 GMT

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	52.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote: TSAI70106	TSAI70106
103	580.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB70210	MCTAB70210
104	165.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB70109	MCTAB70109
106	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/- Lote:TSAT70157	TSAT70157
	<b>1217.0000</b>	<b>PT</b>	<b>Total</b>		

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.79	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/07/2017 12:29:41 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	38.61	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/07/2017 12:30:27 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA  
Por:

Data/Date: 06/07/2017 13:45:58 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço