



# Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/05/2017 21:52:33 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 150187

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 1994717  
Nº SO: 1726197  
NF Cliente/Cust. 25671 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:  
Irradiation Date/Time:

07/04/2017 18:34:14 GMT

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70163	TSAT70163
103	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA70112	TSA70112
104	600.0000	UN	00979	ESLE BOLSA DE COLETA 1500ML - Lote:LE020617	LE020617
	<b>1440.0000</b>	<b>UN</b>	<b>Total</b>		

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.57	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/05/2017 17:19:16 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	38.81	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/05/2017 17:20:14 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA  
Por:

Data/Date: 07/05/2017 17:21:42 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço