



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/14/2017 21:50:25 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 170948

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2000981
Nº SO: 1732005
NF Cliente/Cust. 25756 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:

07/13/2017 19:12:35 GMT

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	478.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 .C (PT C - Lote:MTA70121	MTA70121
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT70169	TSAT70169
	898.0000	PT	Total		

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.44	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/14/2017 14:54:00 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.33	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/14/2017 14:55:06 GMT

DOSAGEM 20KGy - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA
Por:

Data/Date: 07/14/2017 14:56:21 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço