



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/31/2018 20:23:32 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 873157

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2137225
Nº SO: 1875379
NF Cliente/Cust. 27929 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/30/2018 11:20:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	60.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote: TSAI80101	TSAI80101
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C) - Lote: TSAT80108	TSAT80108

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.92	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	01/31/2018 12:06:34 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.05	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	01/31/2018 12:06:52 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
Por:

Data/Date: 01/31/2018 18:37:10 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço