

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
 45.789.724/0002-85
 Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
 TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/21/2018 15:30:53 GMT

Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
 Customer Name:
 Nº P.O. 1643005

Planta de Processo: Cotia
 Processing Facility:

Nº WO: 2287780
 Nº SO: 2055944
 NF Cliente/Cust. 30780 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell:

09/19/2018 13:38:00 GMT
 CELL A

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ TSAT801116	TSAT801116

Resumo - Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição - Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuário	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	29.43	Pass	JINACIO	09/20/2018 11:48:21 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	17.09	Pass	JINACIO	09/20/2018 11:48:35 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. SHEILA DOS SANTOS SILVA
 Por:

Data/Date: 09/20/2018 18:42:57 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço