

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

04/09/2018 20:19:27 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. 1177191

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2180436**  
Nº SO: **1927644**  
NF Cliente/Cust. **28776 1**

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/06/2018 15:40:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80150	TSAT80150
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80151	TSAT80151

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.63	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	04/07/2018 12:40:22 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.59	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	04/07/2018 12:40:35 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**  
Por:

Data/Date: 04/07/2018 15:08:28 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço