

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/15/2018 20:45:33 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1459692**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2224399**
Nº SO: **1980043**
NF Cliente/Cust. **29553 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **06/13/2018 15:00:38 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101000	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80281	MTAR80281
102000	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80282	MTAR80282
104000	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80170	TSAT80170
106000	420.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 .C (PT C - Lote:MTA80115	MTA80115
107000	58.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI80205	TSARI80205

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	27,92	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/14/2018 11:52:49 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	15,40	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/14/2018 11:53:06 GMT

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: **06/14/2018 13:00:16 GMT**

Electronically Signed
By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**