

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

08/13/2018 19:56:18 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1622091

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2262910  
**Nº SO:** 2025748  
**NF Cliente/Cust.** 30354 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 08/10/2018 14:34:16 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT80193	TSAT80193

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	29.66	Pass	JINACIO	08/11/2018 12:45:59 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	17.57	Pass	JINACIO	08/11/2018 12:46:15 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL Nota fiscal emitida sem destaque do ICMS.

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 08/13/2018 12:06:03 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço