

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
 45.789.724/0002-85  
 Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
 TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/01/2019 11:40:55 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
 Customer Name:  
 Nº P.O. 1756157

Planta de Processo: Cotia  
 Processing Facility:

Nº WO: 2371311  
 Nº SO: 2155869  
 NF Cliente/Cust. 32060 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/31/2019 14:30:00 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT90115	TSAT90115

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	28.98	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	02/01/2019 10:57:19 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	17.08	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	02/01/2019 10:57:37 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
 Por:

Data/Date: 02/01/2019 11:14:07 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço