



**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX www.sterigenics.com

R58480102

06/12/2017 14:40:52 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 86977

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 1976394  
Nº SO: 1710244  
NF Cliente/Cust. 25381 1

10 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:  
Irradiation Date/Time:

06/08/2017 19:49:39 GMT

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	106.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD70106	YPD70106
103	325.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA70107	SDA70107
	431.0000	PT	Total		

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	10.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.64	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/09/2017 11:38:38 GMT
450.00	Dose Máxima	10.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.95	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	06/09/2017 11:39:18 GMT

DOSAGEM 10KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA  
Por:

Data/Date: 06/09/2017 11:57:49 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço