



**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/05/2018 14:15:10 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 778211

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 2119613  
Nº SO: 1857785  
NF Cliente/Cust. 27678 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/04/2018 12:42:17 GMT  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: CELL A  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                            | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                    | Customer Lot Number |
| 102          | 167.0000 | PT  | 4104.0010            | PLACA YPD 90X15 (PT C/10) -<br>Lote:YPD80101 | YPD80101            |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima     | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario            | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec      | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User               | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Mínima                    | 5.00 kGy          | 40.00 kGy     | 7.13      | Pass         | JINACIO            | 01/05/2018 11:38:49 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 01/05/2018 12:32:25 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço