

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Fluido Tioglicolato Concentração 1,5X.**

**Código: 4243.0015**

**Lote: 15TIO 840007**

**Tubo com 15ml.**

**Fabricação: 03 / 12 / 2020**

**Vencimento: 05 / 03 / 2021**

**Laudos: 201668**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Heterogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>			
14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,10 ± 0,20	<b>7,27</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	<b>27 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	<b>32 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	<b>25 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	<b>18 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 17 / 12 / 2020**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br