

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Água Peptonada Tamponada 1,0%.

Código: 4248.0009

Lote: 1APT 370002

Tubo de 15ml com 09ml

Fabricação: 23 / 06 / 2020 Vencimento: 23 / 12 / 2020

Laudos: 200792

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
03 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,00 ± 1,00	7,03	
Viabilidade			
	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	31 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	36 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 26 / 06 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br